УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательной лаборатории
ООО "Рентген-центр"

_____ Н.В. Шабаршина
25.08.2026

Общество с ограниченной ответственностью "Рентген-центр"
(ООО "Рентген-центр")
Юридический адрес: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43, оф. 4
Фактический адрес места нахождения: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43, оф. 16, 17, 18, 24

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Рентген-центр"
(ИЛ ООО "Рентген-центр")

Фактический адрес места осуществления деятельности: 606019, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Суворова, д. 43. оф. 16, 17, 24
Тел.: +7 8313261888, адрес электронной почты: rentgen-center@bk.ru

Протокол испытаний № 81 от 25.08.2026
срок действия до 24.08.2028

Вид испытаний:	радиационный контроль передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения
Наименование заказчика:	ООО "Медремкомплект"
Контактные данные заказчика: **- юридический адрес заказчика:**	394026, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 111д, офис 1, +7 (473) 233-19-86
- фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:	394026, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 111д, офис 1
Место осуществления лабораторной деятельности:	полевые условия
Определяемая характеристика (показатель):	свинцовый эквивалент

Тип объекта исследования (испытания), измерения:	Продукция
Метод исследований (испытаний), измерений:	Методика радиационного контроля передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с помощью дозиметров ДКС-АТ1121 и ДКС-АТ1123 (ФР.1.40.2018.31717); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)
Особые условия испытаний:	напряженность постоянного магнитного поля 0,1 А/см, температура окружающего воздуха 23,34 ˚С, относительная влажность воздуха 46,6 %, атмосферное давление 99,96 кПа
Дата осуществления лабораторной деятельности:	25.08.2026

1.1 Средства измерения

Наименование средств измерения	Инвентарный номер	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			№ св-ва	действительно до
Измеритель напряженности магнитного поля ИМП-6	144	1018	С-БН/06-11-2025/478837275	05.11.2026
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	41	0613523456	С-БН/03-12-2025/486286328	02.12.2026
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123	128	51359	С-БН/03-03-2026/508283969	02.03.2027
Линейка измерительная металлическая	63	1	С-БН/05-11-2025/478522259	04.11.2026
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	104	244617	С-ДТЖ/09-04-2025/424180792	08.04.2027

1.2 Испытательное оборудование

Наименование испытательного оборудования	Инвентарный номер	Заводской номер	Свидетельство об аттестации	
			№ св-ва	действительно до
Комплект эталонных пластин с определенным свинцовым эквивалентом РФС-01Р	35	85/2011	2503	06.10.2027

1.3 Вспомогательное оборудование

Наименование вспомогательного оборудования	Инвентарный номер	Заводской номер
Аппарат рентгеновский переносной РПД-150 С	118	27712
Диафрагма свинцовая ДС-01Р	35/1	016

2. Результаты испытаний

2.1 Сводная таблица результатов измерения

№ п/п	Описание/идентификация объекта испытания		Свинцовый эквивалент, с учетом расширенной неопределенности при (P=0,95), мм Pb	Значение свинцового эквивалента по паспорту, мм Pb
	Наименование средства защиты	Номер изделия		
1	Панель рентгенозащитная Rentgenprotect ПРЗ 12Г	б/н	0,619	нет
2	Панель рентгенозащитная Rentgenprotect ПРЗ 20Г	б/н	0,993	нет

Дополнения, отклонения или исключения из метода: измерения выполнены при анодном напряжении рентгеновской трубки 150 кВ.
Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Результаты измерений приведены с учетом неопределенности.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения лаборатории.

Испытания выполнил:
инженер-дозиметрист Коньяков С.В.

конец протокола испытаний